

Teilnahmebescheinigung

Laborvergleich

geometrische Messung 2020/2021

Teilnehmer:

Allard Industrielle Meßtechnik GmbH

Laborcode	Messverfahren
1	taktil

Ergebnis des Laborvergleichs:

Merkmal	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
Z-Score*	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,6	-0,5	-0,2	-0,2	0	-0,1	0,1


* $|Z| < 2$ ist unbedenklich

$|Z| \geq 2$ und < 3 ist als Warnsignal zu werten

$|Z| \geq 3$ ist als kritisch zu werten

Datum des Zertifikats: 04.02.2022

Datum des dazugehörigen Abschlussberichts: 04.02.2022



Dr. Ingo Poschmann
Geschäftsführer



Dr.-Ing. Lorenz Gerke
Leitung Inspektionsstelle